

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL LAURO RÉUS

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO 062/23 PROCESSO 266/203

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<u>EQUIPAMENTO PARA HEMODIÁLISE</u> – Aparelho indicado para tratamento de pacientes adultos, com as seguintes características: Painel com monitor LCD com tela colorida, funcionamento controlado por microprocessador, gabinete construído em material com rigidez para absorver impactos, dotado de rodízios com freio. Sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle de ultrafiltração, equipado para diálise com acetato e bicarbonato líquido. Bomba de infusão de Heparina, programável para uso com seringas comerciais, rolete de bomba de sangue com fluxo e calibre de linha arterial regulável digitalmente, após sua inserção, capacidade de operar com dialisadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Monitor automático e não-invasivo para verificação da pressão arterial com limites máximos e mínimos para: pressão sistólica, diastólica, pressão média e pulso, programável. Variação do nível de sódio e ultrafiltração com programação de perfis pré-definidos. Indicação visual de gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da diálise. Monitorizar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial,	01	UND.	R\$80.000,00	R\$ 80.000,00

	<p>pressão venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue; auto check (auto teste) de todas as funções da máquina, com bloqueio para situações anormais. Sistema de desinfecção totalmente automatizado e com início pré-programado. Detector de bolhas de ar por ultrassom, com bloqueio da linha venosa. Monitorização e alarme com detector de vazamentos de sangue, com bloqueio de bomba de sangue e by-pass, sistema de by-pass automático e manual para alteração anormal do banho (condutividade e temperatura). Dispositivo ou sistema de bloqueio que impeça o uso de soluções não específicas para o modo de diálise programado. Redução automática da taxa de ultrafiltração quando houver parada da bomba de sangue ou manual em caso de emergência. Proteção contra operação de diálise quando em modo desinfecção e contra operação de desinfecção quando em modo diálise. Possibilidade para punção única e diálise sequencial automatizada. Bateria interna recarregável.</p> <p>MARCA: NIPRO COMERCIAL LTDA MODELO: DIAMAX REGISTRO: 10324860018 PROCESSO: 25351.475803/2005-88 FABRICANTE: YAC OTEX CO., LTDA - JAPÃO</p>				
--	---	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)

Validade da proposta: CFE. EDITAL

Prazo de entrega: CFE. EDITAL

Prazo de Pagamento: CFE. EDITAL



Dados Bancários:

Banco do Brasil **Agência:** 2821-5 **C.C. :** 17635-4

Porto Alegre, 26 de junho de 2023.



Lino Lopes Zinn
SÓCIO/DIRETOR
CPF: 921.341.730-68